

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

ENMIENDA No. 2
AL PLIEGO DE CONDICIONES Y AVISO DE LICITACIÓN

Proceso de Licitación Pública Nacional No. LPN-035-2023-SDN
"ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, HOSPITAL MILITAR CENTRAL Y
REGIONAL DEL NORTE"

La Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, en el marco del Artículo 142 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 105 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, a los potenciales oferentes del Proceso No. LPN-035-2023-SDN "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, HOSPITAL MILITAR CENTRAL Y REGIONAL DEL NORTE", se les informa que, para la preparación de su oferta, deben considerar la siguiente enmienda:

SECCIÓN III - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ET-02 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PARTIDA N° 01
EQUIPO DE TOMOGRAFÍA DE 128 CORTES

Enmienda 1

Actualmente se lee:

Numeral 25: Largo de la mesa de 2 metros o más, ancho de un metro

A partir de la enmienda se deberá leer:

Largo de la mesa dos (2) metros o más, ancho 70 cms o más.

Enmienda 2

Actualmente se lee:

Numeral 31-1: Que se pueda transportar la información en memoria USB y DVD para visualizar en cualquier computadora.

A partir de la enmienda se deberá leer:

Que se pueda transportar la información en memoria extraíble (USB) para visualizar en cualquier computadora.

Enmienda 3

Actualmente se lee:

Numeral 31-2: Consola de Adquisición: Uno (01) monitores panel plano LCD o TFT, o combinadas (LCD-TFT) de 24"o más (diagonal), de alta resolución de 1920x1200 o mayor.

A partir de la enmienda se deberá leer:

Un (01) monitor panel plano LCD o TFT, o combinadas (LCD-TFT) de 19"o más (diagonal), de alta resolución de 1920x1200 o mayor.

Enmienda 4

Actualmente se lee:

Numeral 32-1: Consola de Reconstrucción Uno (01) monitores panel plano LCD o TFT, o combinadas (LCD-TFT) de 24"o más (diagonal), de alta resolución de 1920x1200 o mayor.

A partir de la enmienda se deberá leer:

Consola de Reconstrucción Un (01) monitor panel plano LCD o TFT, o combinadas (LCD-TFT) de 19" o más (diagonal), de alta resolución de 1920x1200 o mayor.

Enmienda 5

Actualmente se lee:

Numeral 67: Suministrar e instalación de la protección radiológica (plomaje) del tomógrafo, de acuerdo a las especificaciones del equipo suministrado.

A partir de la enmienda se elimina este numeral número 67.

Enmienda 6

Actualmente se lee:

Numeral 71: Deberá proporcionar los aires acondicionados nuevos donde se instalará el tomógrafo y el área de trabajo del personal, conforme al espacio físico, de acuerdo a los BTU, indispensable para mantener el equipo médico funcionando correctamente.

A partir de la enmienda se elimina este numeral número 71.

PARTIDA N° 02

ECOCARDIOGRAFO

Enmienda 7

Actualmente se lee:

Monitor Grado Medico TFT LCD con LED full HD de 24" o más, de alta resolución de 1.920 x 1.200 píxeles o más

A partir de la enmienda se deberá leer:

Monitor Grado Medico TFT LCD con LED full HD de 23" o más, de alta resolución de 1.920 x 1.080 píxeles o más.

Enmienda 8

Actualmente se lee:

N° partida	EQUIPO MÉDICO DESCRIPCIÓN	CANT.	DESTINO
01	Tomógrafo de 128 cortes	01	HMRN
02	Ecocardiografo	01	HMC
03	Autorefractometro digital.	01	HMC
04	Cama de parto Electro- Hidráulica.	02	HMC
05	Lavadora Industrial 80-90 Lbs.	01	HMRN

A partir de la enmienda se deberá leer:

N° partida	EQUIPO MÉDICO DESCRIPCIÓN	CANT.	DESTINO
01	Tomógrafo de 128 cortes	01	HMRN
02	Ecocardiografo	01	HMC
03	Cama de parto Electro- Hidráulica.	02	HMC
04	Autorefractometro digital.	01	HMC
05	Lavadora Industrial 80-90 Lbs.	01	HMRN

Enmienda 9

AVISO DE PUBLICACIÓN

Se amplía la fecha de recepción y presentación de oferta.

Actualmente se lee:

6.Las ofertas serán recibidas en forma impresa en sobre sellado (1 original, y 2 copias.) y a través de nota de remisión de la empresa dirigida a la Gerencia Administrativa, Licenciada Sabrina Bustamante, en la dirección arriba descrita; únicamente el día 06 de septiembre del 2023 hasta las 10:00 horas, sin prórroga alguna. No se recibirán ofertas posteriormente a esta fecha y hora oficial de la República de Honduras.

7.Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los oferentes que deseen asistir en el Centro Cívico Gubernamental, José Cecilio del Valle, Torre II, piso 19 a las 10:30 a.m. del día 06 de septiembre del año 2023. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la oferta por el valor y la forma establecidos en los documentos de licitación.

A partir de la enmienda se deberá leer:

6.Las ofertas serán recibidas en forma impresa en sobre sellado (1 original, y 2 copias.) y a través de nota de remisión de la empresa dirigida a la Gerencia Administrativa, Licenciada Sabrina Bustamante, en la dirección arriba descrita; únicamente el día 11 de septiembre del 2023 hasta las 10:00 horas, sin prórroga alguna. No se recibirán ofertas posteriormente a esta fecha y hora oficial de la República de Honduras.

7.Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los oferentes que deseen asistir en el Centro Cívico Gubernamental, José Cecilio del Valle, Torre II, piso 19 a las 10:30 a.m. del día 11 de septiembre del año 2023. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la oferta por el valor y la forma establecidos en los documentos de licitación.

Todas estas enmiendas pasan a formar parte integral del Documento de Pliego de Condiciones del Proceso No. LPN-035-2023-SDN "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, HOSPITAL MILITAR CENTRAL Y REGIONAL DEL NORTE".

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de agosto del año 2023.


LIC. SABRINA FLORISEL BUSTAMANTE GARCÍA
Gerente Administrativo SEDENA



CC: Abog. José Manuel Zelaya Secretario de Estado en el Despacho de SEDENA