

B-88-2025

VISTO BUENO

Tegucigalpa, M.D.C.

A: **Dra. Carla Marina Paredes Reyes**
Comisionada Presidenta Comisión Interventora del IHSS

DE: **Lic. Santos Cecilio Oviedo**
CPC-0078

FECHA: 21 de abril de 2025

En atención a lo requerido en el memorando N° 879-SGSMYC-2025, sobre la certificación de la **ENMIENDA 1** de las bases de contratación directa N° CD-005-2025 para la adquisición de equipo médico, otorgo el Visto Bueno al siguiente documento:

- **ENMIENDA N° 1 a las bases de Contratación Directa N° CD-005-2025 "Adquisición de Equipos Médico, Equipo Radiológico e Imágenes con Servicios Conexos para el Instituto Hondureño de Seguridad Social a Nivel Nacional"**

Haciendo constar que la documentación de soporte que he tenido a la vista se ajusta al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública, tal como se detalla en la Lista para el Aseguramiento FCPC-06 de las bases de contratación directa.

Este Visto Bueno no exime de ningún tipo de responsabilidad a los funcionarios y empleados que participaron en la elaboración y aprobación del documento al que se le otorga.

Sinceramente,


Santos Cecilio Oviedo



📁 Archivo
.../co


Renan
22/4/2025
8:59 am

Tegucigalpa
Honduras C.A.

LISTA PARA ASEGURAMIENTO DE ENMIENDAS AL PLIEGO DE CONDICIONES / TÉRMINOS DE REFERENCIA

FCPC-06		ENMIENDAS AL PLIEGO DE CONDICIONES / TÉRMINOS DE REFERENCIA	1.0
PROCESO: CD-005-2025		Observaciones:	
NOMBRE DEL PROCESO: "ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICO Y EQUIPO RADIOLOGICO E IMAGENES CON SERVICIOS CONEXOS PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL A NIVEL NACIONAL"			
N° DE ENMIENDA:			
TIPO DE ASEGURAMIENTO:			
PREVIO A LA PUBLICACIÓN EN HONDU COMPRAS Y COMUNICACIÓN A LOS OFERENTES <input type="checkbox"/>			
OTRO <input type="checkbox"/>			
INSTITUCIÓN: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL			
GERENCIA ADMINISTRATIVA: SUBGERENCIA DE SUMINISTROS, MATERIALES Y COMPRAS			

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	DOCUMENTO DE RESPALDO	SI	NO	FOLIO(S)
1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ACTUACIONES PREVIAS				
EL AVISO DE LICITACIÓN SE PUBLICO DOS DÍAS HÁBILES EN DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL	PUBLICACIONES EN DIARIOS IMPRESOS	X		
EL AVISO DE LICITACIÓN SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA	PUBLICACIÓN EN LA GACETA		X	
EL AVISO DE LICITACIÓN SE PUBLICO EN HONDU COMPRAS	PRINT DE PANTALLA	X		
EL PLIEGO DE CONDICIONES / TÉRMINO DE REFERENCIA SE PUBLICÓ EN HONDU COMPRAS	PRINT DE PANTALLA	X		
LA CALIDAD DEL PLIEGO DE CONDICIONES/TÉRMINOS DE REFERENCIA FUERON ASEGURADA POR UN CPC	FCPC-14 FIRMADO Y SELLADO	X		
DE EXISTIR ENMIENDAS ANTERIORES, LA CALIDAD FUE ASEGURADA POR UN CPC	FCPC-06 FIRMADO Y SELLADO DE CADA ENMIENDA		X	
DE EXISTIR ENMIENDAS ANTERIORES, FUERON PUBLICADAS EN HONDU COMPRAS	PRINT DE PANTALLA		X	
DE EXISTIR ENMIENDAS ANTERIORES, FUERON COMUNICADAS A TODOS INTERESADOS	ENMIENDA CON EVIDENCIA DE RECIBIDO		X	
2. VERIFICACIÓN DE LA ENMIENDA				
LA ENMIENDA TIENE JUSTIFICACIÓN Y RESPALDO LEGAL O TÉCNICO	DOCUMENTO QUE DE SOPORTE A LA EMISIÓN DE LA ENMIENDA	X		

SOLICITANTE DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD		COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO	
NOMBRE: Santos Eloisa Galo Mejía		NOMBRE: Santos Cecilio Oviedo	
CARGO: Sub-Gerencia de Suministros, Materiales y Compras		CPC N° 0078	
FECHA: 21 de abril de 2025		FECHA: 21 de abril de 2025	
FIRMA: 		FIRMA: 	



M E M O R A N D O N° 879- SGSMYC-2025

Para: LIC. CECILIO OVIEDO
Comprador Publico Certificado

De: MSC. ELOISA MEJÍA GALO
Subgerente de Suministros, Materiales y compras



Asunto: Ref. Solicitud de Visto Bueno de la Contratación Directa CD-005-2025 "Contratación Directa Para La Adquisición De Equipos Médico Y Equipo Radiológico E Imágenes Con Servicios Conexos Para El Instituto Hondureño De Seguridad Social A Nivel Nacional"

Fecha: Lunes 21 de Abril de 2025

De la manera más atenta, y con el debido respeto, se le solicita la respectiva revisión y visto bueno de Enmienda N°1 de la contratación directa CD-005-2025 "CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICO Y EQUIPO RADIOLÓGICO E IMÁGENES CON SERVICIOS CONEXOS PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL A NIVEL NACIONAL"

Adjunto lo que a continuación se detalla:

1. Fotocopia de aviso de publicación en un diario de mayor circulación.
2. Print de pantalla de la página web de las publicaciones en el portal de honducompras referente al proceso de referencia (aviso de prensa, Pliego o términos de referencia, Enmienda N°1 y anexos al pliego)
3. Visto bueno del cpc N° E30-2025 de aprobación de bases
4. Memorando N°0294-SGIB-IHSS-2025
5. Borrador de enmienda.

Atentamente,

Expediente CD-005-2025
Archivo
EMG/JRH

E-30-2025

VISTO BUENO

Tegucigalpa, M.D.C.

A: **Dra. Carla Marina Paredes Reyes**
Presidenta Comisión Interventora del IHSS

DE: **Lic. Santos Cecilio Oviedo**
CPC-0078

FECHA: 11 de marzo de 2025

En atención a lo requerido en el memorando N° 606-SGSMYC-2025, sobre la certificación de las bases del proceso N° CD-005-2025 para la adquisición de equipo médico y servicios conexos, otorgo el Visto Bueno al siguiente documento:

- **Bases de Contratación Directa N° CD-005-2025 "Adquisición de Equipo Médico, Equipo Radiológico e Imágenes con Servicios Conexos para el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)"**

En atención a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Contratación del Estado, sugiero que se revisen las especificaciones técnicas para que estas incluyan rangos de valores en lugar de estar limitadas a un solo valor fijo. Por ejemplo, en el lote 6, donde se menciona el **Detector Plano 1024 x 1024 píxeles o 16 bits**, sería más adecuado que incluyan **valores mínimos y máximos o rango de opciones posibles**, para no limitar la competencia. Asimismo, en el mismo lote se especifica que el **Arco en C debe ser de soporte de piso con cinco (5) ejes de movimiento**; sin embargo, otro fabricante podría ofrecer un equipo con **menos o más de cinco ejes**. Por último, en la parte de las especificaciones hay una columna en blanco que los oferentes deben llenar con sus especificaciones técnicas, esto podría dar lugar a que algunos proveedores ofrezcan equipos con características diferentes a las requeridas, lo que podría generar confusión o problemas en la evaluación de las **ofertas**.

Haciendo constar que la documentación de soporte que he tenido a la vista se ajusta al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública, tal como se detalla en la Lista para el Aseguramiento del Acuerdo de Autorización FCPC-14 para Contratación Directa.

Este Visto Bueno no exime de ningún tipo de responsabilidad a los funcionarios y empleados que participaron en la elaboración y aprobación del documento al que se le otorga.

Sinceramente,


Santos Cecilio Oviedo
Número CPC-0078



 Archivo

LISTA PARA ASEGURAMIENTO DEL ACUERDO DE AUTORIZACIÓN PARA CONTRATACIÓN DIRECTA

FCPC-14

AUTORIZACION

1.0

PROCESO: CD-005-2025

Observaciones:

NOMBRE DEL PROCESO: "CONTRATACION DIRECTA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO Y EQUIPO RADIOLOGICO E IMAGENES CON SERVICIOS CONEXOS PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)"

TIPO DE ASEGURAMIENTO:

PREIO A LA AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA U ORGANO DIRECTIVO SUPERIOR

OTRO

INSTITUCIÓN: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA: SUBGERENCIA DE COMPRAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	DOCUMENTO DE RESPALDO	SI	NO	FOLIO(S)
1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ACTUACIONES PREVIAS				
EL PROCESO SE ENCUENTRA EN EL PACC	LÍNEA DEL PACC AL QUE CORRESPONDE		X	MEMO N° 2666-GAYF-2025 AUTORIZACION PARA INCLUIRLO AL PACC.
EL PROCESO TIENE VINCULACIÓN CON EL POA Y PRESUPUESTO	VINCULACIÓN DEL PROCESO CON EL POA Y EL PRESUPUESTO		X	
SOLICITUD DE LA UNIDAD REQUIRIENTE	MEMORANDO O REQUISICIÓN	X		
ESTUDIOS PREVIOS FINALIZADOS	ESTUDIO REMITIDO POR UNIDAD TECNICA			NO APLICA
DISEÑO FINALIZADO (SI APLICA)	DISEÑO ADJUNTO			NO APLICA
ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS	ESPECIFICACIONES REMITIDAS POR UNIDAD TECNICA Y REVISADA POR UNIDAD DE LICITACIONES	X		
IDENTIFICACIÓN DE UNIDAD VERIFICADORA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	MEMORANDO DE UNIDAD TÉCNICA	X		
ESTIMACIÓN DEL MONTO DE LA CONTRATACIÓN	MEMORANDO O SOLICITUD DE UNIDAD TECNICA	X		
APROBACIÓN PRESUPUESTARIA	COMPROBANTE DE RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL PROCESO		X	NO SE CUENTA AUN CON LA DOSPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
LA CONTRATACIÓN DIRECTA ES CONGRUENTE CON LA NORMA APLICABLE	IDENTIFICACIÓN EXPRESA EN LA NORMA APLICABLE	X		MEMORANDO N° CI-IHSS-1065-2025
SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA LA CONTRATACIÓN DIRECTA	EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO	X		
2. VERIFICACIÓN DEL ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA				
LA REDACCIÓN DEL ACUERDO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE MOTIVADA Y FUNDAMENTADA	ACUERDO SUSCRITO POR LA AUTORIDAD INSTITUCIONAL			
EL OBJETO CONTRACTUAL QUE SE PRETENDE AUTORIZAR ES CONGRUENTE CON EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y CON LA NECESIDAD A SATISFACER	ACUERDO SUSCRITO POR LA AUTORIDAD INSTITUCIONAL			
EL MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN ES CONGRUENTE CON EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Y CON LA NECESIDAD A SATISFACER	ACUERDO SUSCRITO POR LA AUTORIDAD INSTITUCIONAL			
EL ACUERDO TIENE DELIMITADO EL PLAZO DE VIGENCIA	ACUERDO SUSCRITO POR LA AUTORIDAD INSTITUCIONAL			
EL ACUERDO INDICA LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ACUERDO SUSCRITO POR LA AUTORIDAD INSTITUCIONAL			

SOLICITANTE DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

NOMBRE: SANTOS ELOISA MEJIA GALO

CARGO: SUBGERENCIA DE SUM., MATERIALES Y COMPRAS

FECHA: 11.03.2025

FIRMA



COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO

NOMBRE: SANTOS CECILIO OVIEDO

CPC N° 0078

FECHA: 11.03.2025

FIRMA



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CD-005-2025
Entidad	Instituto Hondureño de Seguridad Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICO Y EQUIPO RADIOLÓGICO E IMÁGENES CON SERVICIOS CONEXOS PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL A NIVEL NACIONAL
Fecha de Inicio	25/03/2025 07:48:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/04/2025 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/04/2025 04:00:00 p.m.
Tipo Fuente	Recursos Nacionales
Fuente	Hispano-Hondureño
Modalidad	Contratación directa
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Salon de Sesiones del edificio de IVM, 3er piso barrio abajo Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	LIC. JOSE RENAN HERNANDEZ 2222-6922 jose.ramirez@ihss.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
Documento			Archivo
Aviso de Prensa			Lic117CD-005-2025100-AvisodePrensa.pdf
Pliego o Terminos de Referencia			Lic117CD-005-2025201-PliegoTerminosdeReferencia.pdf
Anexos al Pliego			Lic117CD-005-20251402-AnexosalPliego.pdf

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

martes 25 de marzo de 2025

La Prensa



Carta de Invitación

Oficio No.-156-CI-IHSS-2025
Tegucigalpa M.D.C.

Señores
Señores Oferentes
Su Oficina

Ref. CD-005-2025 "CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICO Y EQUIPO RADIOLÓGICO E IMÁGENES CON SERVICIOS CONEXOS PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL A NIVEL NACIONAL"

Estimados Señores:

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ha iniciado el proceso de **CONTRATACIÓN DIRECTA No. CD-005-2025**. Para lo cual está invitando a su representada a participar en este proceso. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene de fondos propios del IHSS.

El proceso se efectuará conforme a los procedimientos de Contratación Directa (CD-005-2025) establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento y procedimiento del IHSS. Decreto Ejecutivo Número PCM -33-2024, Resolución CI-IHSS-006-2025-IV, y Resolución CI-IHSS-008-2025-IV.

Los documentos del proceso podrán ser examinados en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, "HondusCompras" (www.honduscompras.gob.hn), a partir del día lunes 24 de Marzo de 2025 y en el Portal de Transparencia del IHSS (www.portalunificadoinformacion.gob.hn), así mismo será publicado en dos diario de mayor circulación del país, los oferentes interesados a participar en dicha contratación favor a avocarse a la Subgerencia de Suministros Materiales y Compras a retirar el documento base en horario de 8:00 a m 4:00 p. m, se recibirán interpretaciones, aclaraciones u omisiones si las hubiere, deberán ser presentadas en forma escrita, al Comprador (10) días calendarios previos a la apertura de ofertas.

Las ofertas físicas y digitales se entregaran en el salón de sesiones de invalidez vejez y muerte (IVM) del IHSS, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. de 8:00 a. m hasta las 10:00 a.m., del día **Lunes 28 de Abril del 2025** y ese mismo día a las 10:15 a.m., hora oficial, en el mismo salón, se celebrará en audiencia pública la apertura de ofertas en presencia de los oferentes sus representantes legales actual de la empresa o la persona autorizada por el oferente que acredite su condición mediante carta firmada por el representante legal actual de la sociedad mercantil. Las ofertas que se presenten fuera de plazo estipulado serán rechazadas. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de oferta por al menos el 2% del monto de la oferta.

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, Marzo —2025

**DRA. CARLA MARINA PAREDES
COMISIONADA PRESIDENTA DE LA JUNTA INTERVENTORA
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL**

MEMORANDO
N. 0294-SGIB-IHSS-2025

PARA: DR. RICARDO REYES
ASESOR MEDICO COMISIÓN INTERVENTORA
LIC. ELOÍSA MEJÍA
SUBGERENTE DE SUMINISTROS MATERIALES Y COMPRAS

DE: ING. KARLA ZELAYA
SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y BIOMÉDICA

ASUNTO: EMIENDAS DEL PROCESO CD-005-20225



FECHA: 21 DE ABRIL DE 2025

En respuesta a los memorandos No. 716/746/753/764/765/786/787/791-SGSMYC-2025, mediante el cual se remite la solicitud de aclaraciones de las empresas **HOSPITEC, PROMED Y SEIJIRO YAZAWA IWAI, MEDICAM HONDURAS, EQUIMEDIC, y ELECTRÓNICA MEDICA**, sobre el proceso de contratación directa No. 005-2025; al respecto esta subgerencia da tiene a bien solicitar las siguientes modificaciones en el pliego de condiciones del proceso en mención:

- Considerando la solicitud de los diferentes oferentes se solicita la modificación de la presentación de ofertas para el día 20 de mayo de 2025, a la misma hora y lugar indicado en el documento base de compra directa.
- Lote no.1 equipo de rayos x móvil, especificaciones técnicas, pág. 53, detector digital plano, punto 1: matriz mínima de 3500 x 4300 pixeles, se leerá: **“matriz mínima entre 3450 y 4300 pixeles”**.
- Lote 1, Equipos móviles, ítem 2, arco en C neurocirugía, pág. 50. Generador de rayos x. Frecuencia de 15 a 30 KHZ, se leerá **“Frecuencia máxima de 60 KHz”**.
- Lote 3, Equipos de rayos x. Ítem 1. Rayos X fijo de columna, pág. 60. Tasa mínima de disipación calórica máxima del ánodo 850 KHU/min. Se leerá Tasa mínima de disipación calórica máxima del ánodo 60 KHU/min.
- Lote 3, Equipos de rayos x. Ítem 2. Rayos X con fluoroscopia, pág. 64. Tasa de disipación calórica máxima del ánodo en un rango 1300 y 1500 KHU/min. Se leerá **“Tasa de disipación calórica máxima del ánodo en un rango 60 y 75 KHU/min”**.
- Lote 3, Equipos de rayos x. Ítem 2. Rayos X con fluoroscopia, pág. 64. Salida: 25 – 100 KW, Punto focal: 0.6/1.2 mm. **“Se aceptan tubos con un rango de acuerdo a la aplicación solicitada”**.
- Lote 5, Equipos de resonancia magnética. Ítem 1. Accesorios Jaula de Faraday se utilizará la actual, en caso de que ocupe refuerzo deberá ser realizado por el proveedor, pág. 80. Se

Renan
29/4/2025
2:07 pm

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
SUBGERENCIAS DE SUMINISTROS
MATERIALES Y COMPRAS
IHSS DOCUMENTACIÓN RECIBIDA
FECHA: 21-4-25
HORA: 1:55 pm
NOMBRE: Ma

Página 1 | 3

LOTE 5 - EQUIPOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA		
Resonancia Magnética 1.5 T	2	180 días calendario
LOTE 6 – EQUIPOS DE ANGIOGRAFÍA		
Angiografía digital de techo	2	150 días calendario
LOTE 7 – EQUIPOS DE ULTRASONIDO		
Ultrasonido Portátil uso radiológico	22	120 días calendario
Ultrasonidos uso radiológico	11	
Ultrasonido uso ginecológico	8	
Ultrasonido uso Cardiológico	3	
Ultrasonido portátil uso Cardiológico	3	
LOTE 8 – SISTEMA RIS/PACS		
Sistema RIS / PACS	1	120 días calendario

- Por instrucciones de la Comisión Interventora del IHSS mediante memorando No. 1477-CI-IHSS/2025, se solicita la eliminación de la tabla de la página 47, en vista que este se repite en la Fase III de la Evaluación técnica.
- Lote 1, específicamente Arco en C - Ortopedia y Arco en C – Neurocirugía, se deben incluir para en los equipos antes mencionados “Una UPS Online de doble conversión con capacidad de 25% más al consumo del equipo para su protección. Se deberá incluir su instalación, quedando operativo el equipo principal y su respectiva UPS”.

Sin otro particular

CC: Archivo/



ENMIENDA NO.1

El Instituto Hondureño de Seguridad Social, en atención al proceso de Contratación Directa **CD-005-2025 “CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICO Y EQUIPO RADIOLÓGICO E IMÁGENES CON SERVICIOS CONEXOS PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL A NIVEL NACIONAL”**, y en cumplimiento del artículo 105 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado y artículo 44 de la Ley de procedimiento administrativo se informa a todos los posibles oferentes lo siguiente:

En la página 2 PRESENTACIÓN DE OFERTAS

La fecha de presentación de oferta:

Las ofertas físicas y digitales se entregaran en el Salón de Sesiones de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) del IHSS y serán recibidas por la comisión de apertura en fecha lunes 28 de abril de 2025 en horario de 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. La fecha máxima de recepción es el día lunes 28 de abril de 2025 a las 10:00 a.m. hora oficial de Honduras.

La fecha de presentación de oferta:

Deberá leerse: Ampliación de tiempo para la recepción y apertura de ofertas las cuales serán recibidas el día **martes 20 de mayo del año 2025** por la comisión de apertura en horario de 08:00 a.m. a 10:00 a.m. en el Salón de Sesiones de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) del IHSS.

Lote no.1 equipo de rayos x móvil, especificaciones técnicas, pag. 53, detector digital plano, punto 1: matriz mínima de 3500 x 4300 pixeles, *Deberá leerse:* “**matriz mínima entre 3450 y 4300 pixeles**”.

Lote 1, Equipos móviles, ítem 2, arco en C neurocirugía, pag. 50. Generador de rayos x. Frecuencia de 15 a 30 KHZ, *Deberá leerse:* “**Frecuencia máxima de 60 KHz**”.

Lote 3, Equipos de rayos x. Ítem 1. Rayos X fijo de columna, pag. 60. Tasa mínima de disipación calórica máxima del ánodo 850 KHU/min. *Deberá leerse:* Tasa mínima de disipación calórica máxima del ánodo 60 KHU/min.

Lote 3, Equipos de rayos x. Ítem 2. Rayos X con fluoroscopia, pag. 64. Tasa de disipación calórica máxima del ánodo en un rango 1300 y 1500 KHU/min. *Deberá leerse:* “**Tasa de disipación calórica máxima del ánodo en un rango 60 y 75 KHU/min**”.

Lote 3, Equipos de rayos x. Ítem 2. Rayos X con fluoroscopia, pag. 64. Salida: 25 – 100 KW, Punto focal: 0.6/1.2 mm. “*Se aceptan tubos con un rango de acuerdo a la aplicación solicitada*”.

Lote 5, Equipos de resonancia magnética. Ítem 1. Accesorios Jaula de Faraday se utilizará la actual, en caso de que ocupe refuerzo deberá ser realizado por el proveedor, pag. 80. Se leerá “*se hará cambio de jaula. El desmontaje y traslado de la jaula actual corre por cuenta del proveedor del equipo nuevo*”.

Lote 8, Sistema RIS/PACS. Ítem 1. Debe incluir mínimo 500 películas de cada tamaño de manera mensual, por impresora. Se solicita aclarar este requerimiento (tamaños y meses necesarios) ya que

la película radiográfica es consumible. **SE ELIMINA, EL IHSS CUENTA CON UN SISTEMA DE SUMINISTRO DE PELÍCULAS.**

Lote 4, Equipos de tomografía, ítem 1, TAC Alta Gamma, pag. 69. Reconstructor de datos de corte a través de varios métodos para el análisis espinal complejo, con la capacidad de detección automática de la columna vertebral. Herramienta disponible y embebida en el visor de PACS de la misma marca. Deberá leerse: "Herramienta disponible y embebida en el visor de PACS de la misma marca, y se leerá así: herramienta disponible y embebida en el visor de PACS de cualquier marca compatible con la consola".

En la página 10, inciso 12 de "Fase III Evaluación Técnica, "Deben presentarse Registro Sanitario vigente o constancia de estar en trámite, para cada uno de los equipos ofertados. Aquellos equipos que a la fecha de entrega no cuenten con registro sanitario vigente, serán rechazados y se ejecutara la garantía de cumplimiento de contrato", por lo que **se solicita eliminar de los listados de especificaciones técnicas, requerimientos adicionales, el inciso donde se solicita "Debe incluir Registro Sanitario emitido por la Agencia de Regulación Sanitaria de Honduras (ARSA), vigente a la fecha de apertura de ofertas (no se aceptan constancias en tramite)", Así mismo se recalca que SE ACEPTARÁ CONSTANCIA DE QUE EL REGISTRO SANITARIO ESTA EN TRAMITE, SE SOLICITARÁ EL MISMO UNA VEZ SE PROCEDA A LA FIRMA DE CONTRATO.**

El listado de cantidades de equipos de la página 45, se leerá de la siguiente manera:

LISTADO DE EQUIPOS

NOMBRE DEL EQUIPO	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA
LOTE 1 – EQUIPOS MÓVILES		
Arco en C Ortopedia	4	120 días calendario
Arco en C Neurocirugía	1	
Unidad de Rayos X Móvil	13	
LOTE 2 – EQUIPOS COMPLEMENTARIOS		
Mamógrafo digital	8	120 días calendario
Densitómetro	2	
LOTE 3 – EQUIPOS DE RAYOS X		
Rayos X fijo de columna	5	120 días calendario
Rayos X con fluoroscopia	2	
LOTE 4 – EQUIPOS DE TOMOGRAFÍA		
TAC alta gama	2	150 días calendario
TAC gama media	4	
LOTE 5 - EQUIPOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA		
Resonancia Magnética 1.5 T	2	180 días calendario
LOTE 6 – EQUIPOS DE ANGIOGRAFÍA		
Angiografía digital de techo	2	150 días calendario
LOTE 7 – EQUIPOS DE ULTRASONIDO		
Ultrasonido Portátil uso radiológico	22	120 días calendario

Ultrasonidos uso radiológico	11	
Ultrasonido uso ginecológico	8	
Ultrasonido uso Cardiológico	3	
Ultrasonido portátil uso Cardiológico	3	
LOTE 8 – SISTEMA RIS/PACS		
Sistema RIS / PACS	1	120 días calendario

Por instrucciones de la Comisión Interventora del IHSS mediante memorando No. 1477-CI-IHSS/2025, se solicita la eliminación de la tabla de la página 47, en vista que este se repite en la Fase III de la Evaluación técnica.

Lote 1, específicamente Arco en C - Ortopedia y Arco en C – Neurocirugía, se deben incluir para en los equipos antes mencionados “Una UPS Online de doble conversión con capacidad de 25% más al consumo del equipo para su protección. Se deberá incluir su instalación, quedando operativo el equipo principal y su respectiva UPS”.

La presente Enmienda forma parte integral del pliego de condiciones. En lo relativo a las demás cláusulas del pliego de condiciones estas quedan vigentes y sin afectación alguna.

DRA. CARLA MARINA PAREDES
Comisionada Presidenta de la comisión Interventora del
Instituto Hondureño de Seguridad Social